



Référence : 30/V.R.D.P.O/2023

Béchar le : 27/03/2023

A Messieurs les soumissionnaires

Objet : Suite demande d'éclaircissement- Article 14 du cahier des charges

Monsieur,

Suite à une demande d'éclaircissement, de l'équipement objet de l'appel d'offres ouvert avec exigence de capacités minimales n°03/UTMB/2023 « Acquisition des équipements scientifiques pour le renforcement des travaux pratiques (Tranche 2016) au profit de l'université de Béchar », veuillez trouver les précisions suivantes :

LOT 4 : Equipements Pharmaceutique	
Item n°4 : Balance de précision	
Caractéristiques reportées sur le cahier des charges	Caractéristiques corrigées
$m_{max} = 250g \pm 0,001mg$	$m_{max} = 250g \pm 0,001g$

Nous vous prions de recevoir nos salutations distinguées

Vice-recteur chargé du Développement,
de la Prospective et de l'Orientation